



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

1 **Ata nº 06/2021 - Comissão de Análise de Processos de Recursos Públicos**

2 ----- **INÍCIO DA ATA** -----

3 Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte um, às nove horas e
4 trinta minutos reuniram-se na sala da administração, os membros da Comissão de
5 Análise de Processos de Recursos Públicos, doravante denominada COMISSÃO,
6 abaixo descritos e assinados nesta ata, para esclarecimentos sobre o questionamento
7 levantado pela empresa Zafalon Soluções Hospitalares, quanto ao item 02 – Bomba
8 de Infusão se Seringa constante no Edital nº 06/2021, referente ao Convênio
9 883457/2019, onde é solicitado no descritivo do item 02 na linha 07, a seguinte
10 exigência: "... O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais:
11 Oclusão, KVO, seringa vazia..." .A empresa solicita que seja considerado o alarme de
12 Infusão completa onde consta na descrição alarme de seringa vazia. A Sra. Edna,
13 entrou em contato com a Sra. Marlene do Ministério da Saúde, onde foi orientada a
14 buscar um parecer do Técnico de Infraestrutura Hospitalar da entidade. Convidado, o
15 Sr.Marcos Antonio Morelli, técnico de Infraestrutura julgou favorável a consideração
16 do termo Alarme de Infusão completa referente ao descritivo da Cotação Prévia de
17 Preços do Edital 06/2021. O presidente solicitou que fosse enviada a resposta do
18 esclarecimento, via e-mail, e que o Sr. Ernesto fizesse contato telefônico para
19 confirmar o recebimento do mesmo. Nada mais restando, o presidente solicitou que
20 desse publicidade desta ata, no portal da transparência e na plataforma + Brasil. Eu,
21 Daniela de Cássia Chiquetto Verzotto, escrevi. Jales, estado de São Paulo, vinte e
22 três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

23 **MEMBROS DA COMISSÃO**

Celvio de Souza

Edna Aparecida Stafusa Moro

Ernesto Rodrigues de Jesus

Daniela de Cássia Chiquetto Verzotto

Paula Saraiva Landin de Souza

Rafael Carnaz Prado

24 **CONVIDADO**

Marcos Antonio Morelli

25 ----- **FINAL DA ATA** -----